



पालुङटार नगरपालिका

# नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

पालुङटार, गोरखा  
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

## स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने सम्बन्धी सुचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७८/०२/२५

यस कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने तपसिल अनुसारका स्वास्थ्य सामग्री सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ को उपदफा (१) (क) (८) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१(ख) बमोजिम त्यस्तो स्वास्थ्य सामग्री उत्पादक (Manufacturer) कम्पनी वा सो को आधिकारिक बिक्रेता (Importer) हरू बिच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने (क्याटलक सपिड) बिधिबाट खरिद गर्नुपर्ने भएकोले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ (ख) को उपनियम २ अनुसार देहाय बमोजिमको स्वास्थ्य सामग्री बिक्री गर्न चाहने उत्पादक तथा आधिकारिक बिक्रेता हरूले तपसिलमा उल्लेखित कागजात सहित यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र यस कार्यालयमा निवेदन दर्ता गर्न हुन सम्बन्धित उत्पादक वा आधिकारिक बिक्रेता हरूको जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ । विस्तृत स्पेशिफिकेसन यस कार्यालयको Website:[www.palungtarmun.gov.np](http://www.palungtarmun.gov.np) बाट डाउनलोड गर्न सकिने छ ।


### प्रस्तावदाताले पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरू

१. नविकरण गरेको फर्म वा कम्पनी दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
२. मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
३. आ. व. २०७६/०७७ को कर चुक्ता प्रमाण पत्र वा म्याद थप भएको प्रमाण
४. खरिद कारवाहीमा नपरेको स्व: घोषणा पत्र
५. Technical Specification प्रमाणित गर्ने रंगिन ब्रोसर (Catalogue)
६. आफ्नो मालसामानको बजार मूल्य प्रमाणित गर्ने कागजात (पत्रिकामा प्रकाशित भएको वा कम्पनीको लेटर प्याडमा आधिकारीक व्यक्तीले सहिछाप गरी प्रमाणित गरेको कागजात)
७. Warranty तथा Guarantee सम्बन्धी कागजहरू
८. यस कार्यालयलाई सम्बोधन गरी लेखिएको सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीले प्रदान गरेको Manufacturer's Authorization Letter
९. कार्यालयबाट जारी भएको Technical Specification भरी पेश गर्नुपर्नेछ ।

तपसिल :

**आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री विवरण**

S.N	Package	Type of Vehicle	Requirement (General Specification )	Required Quantity
1	PMUN-CS-H-2077/078-03	USG- Colour	DIGICOM 3.0 compatible colored USG Machine with at least 15" display with high resolution ,Dynamic range of at least 180db, frequency range of at least 1-15 MHz <b>Delivery Place: Palungtar , Gorkha.</b>	1 (one)
2	PMUN-CS-H-2077/078-04	EHR System	Intel Xeon E-2126G3.3Ghr Quad Core processor EHR machine with Hard Drive 2TB and Memory 32GBDDR4, 24 Ports Gigabit,Cat 6 Cable1 roll Provided with tower type server . <b>Delivery Place: Palungtar , Gorkha.</b>	2 (Two )
3	PMUN-CS-H-2077/078-05	Semi Auto Biochemistry Analyzer	Semi Auto Biochemistry Analyzer with input voltage 220v-440v AC .50Hz(+_10%), standard wavelength in the range of 340-700, store 1000 results ,Manufactured in Europe flow cell should have optical path of 10mm, and capable of being stored and operating continuously in ambient temperature of 0-40 degree C and relative humidity of 15-90% in ideal circumstances . <b>Delivery Place: Palungtar , Gorkha.</b>	1 (one)

  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत